

歯科医院における断水時の緊急処置

このたびの「西日本豪雨」の被害に遭われました多くの被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

歯科医院で電気が通じているが、水が出ないとき、阪神淡路大震災で役立ちました、緊急処置をお知らせします。参考してください。

農業用に使用する噴霧器さえ手に入れば、超音波スケーラーの取り口から先端を差し入れるだけで、エアータービン、スリーウェイから通常に水が出ます。

図を参考にしてください。ゴムホースの先端に取り付ける器具2種類（ワンタッチ接手カチットのオス、竹の子接手）は材料屋さんで手に入りますが、ホームセンターでも手に入れます。

機種は株)工進(オリエンタルコウシン)の蓄圧式噴霧器Mister Auto HS-402B(4L 2980円),またはHS-401BR(4L 3280円)どちらでもOKです。(価格はコーナンというホームセンターでの価格です)

床からの立ち上がりの部分での止水栓を閉め忘れないようにしないと、圧が逆流して送れませんからご注意ください。頑張ってください！未来を担う子どもたちのために！！

問い合わせは下記までお知らせください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

〒666-0016

兵庫県川西市中央町3-3 中央ビル4階

医療法人 社団 とくなが小児歯科クリニック “レオ”

理事長 徳永 順一郎

Tel:(072)758-8264 Fax:(072)759-5287

E-mail : jt-leo@ta2.so-net.ne.jp

URL : <http://www.leo.or.jp>

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆